



Alle unsere Messkolben mit Normschliff werden standardmäßig mit NS-Polystopfen geliefert. Falls Sie Glasstopfen wünschen, müssen diese von Ihnen zusätzlich bestellt werden (siehe folgende Seite). Ein Austausch durch uns ist nicht möglich.

All our volumetric flasks with ground joint are supplied with NS polystopper by standard. If you require glass stoppers please order them additionally (please see next page). We cannot arrange for substitution.



Messkolben · Volumetric flasks

Messkolben, Klasse A, DIN EN ISO 1042, justiert auf "In", mit 1 Ringmarke, Borosilikatglas 3.3, blaue Graduierung
Volumetric flasks, class A, DIN EN ISO 1042, calibrated "In", with 1 circular mark, borosilicate glass 3.3, blue graduation

	Cat. No.	Inhalt Capacity		Toleranz Tolerance	unit
Klarglas, mit Bördelrand Clear glass, with beaded rim	23 220 01	5 ml		± 0.025 ml	10
	23 220 11	10 ml		± 0.025 ml	10
	23 220 21	20 ml		± 0.040 ml	10
	23 220 31	25 ml		± 0.040 ml	10
	23 220 41	50 ml		± 0.060 ml	10
	23 220 51	100 ml		± 0.100 ml	10
	23 220 61	200 ml		± 0.150 ml	10
	23 220 71	250 ml		± 0.150 ml	10
	23 220 81	500 ml		± 0.250 ml	10
	23 220 91	1000 ml		± 0.400 ml	10
	23 221 01	2000 ml		± 0.600 ml	5
	23 221 11	5000 ml		± 1.200 ml	1

Klarglas, mit Norm- schliff und Polystopfen Clear glass, with ground joint and polystopper	23 321 61	5 ml	NS 7/16	± 0.025 ml	10
	23 321 71	5 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 321 81	10 ml	NS 7/16	± 0.025 ml	10
	23 321 91	10 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 322 01	20 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 322 11	25 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 322 21	50 ml	NS 12/21	± 0.060 ml	10
	23 322 31	50 ml	NS 14/23	± 0.100 ml	10
	23 322 41	100 ml	NS 12/21	± 0.100 ml	10
	23 322 51	100 ml	NS 14/23	± 0.100 ml	10
	23 322 61	200 ml	NS 14/23	± 0.150 ml	10
	23 322 71	250 ml	NS 14/23	± 0.150 ml	10
	23 322 81	500 ml	NS 19/26	± 0.250 ml	10
	23 322 91	1000 ml	NS 24/29	± 0.400 ml	10
	23 323 01	2000 ml	NS 29/32	± 0.600 ml	5
	23 323 11	5000 ml	NS 34/35	± 1.200 ml	1

Klarglas, mit Norm- schliff und Polystopfen, konformitätsbescheinigt Clear glass, with ground joint and polystopper, conformity certified	23 321 62	5 ml	NS 7/16	± 0.025 ml	10
	23 321 82	10 ml	NS 7/16	± 0.025 ml	10
	23 322 02	20 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 322 12	25 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 322 22	50 ml	NS 12/21	± 0.060 ml	10
	23 322 42	100 ml	NS 12/21	± 0.100 ml	10
	23 322 62	200 ml	NS 14/23	± 0.150 ml	10
	23 322 72	250 ml	NS 14/23	± 0.150 ml	10
	23 322 82	500 ml	NS 19/26	± 0.250 ml	10
	23 322 92	1000 ml	NS 24/29	± 0.400 ml	10
	23 323 02	2000 ml	NS 29/32	± 0.600 ml	5
	23 323 12	5000 ml	NS 34/35	± 1.200 ml	1

Messkolben, Klasse A, DIN EN ISO 1042, justiert auf "In", mit 1 Ringmarke, Borosilikatglas 3.3, weiße Graduierung
Volumetric flasks, class A, DIN EN ISO 1042, calibrated "In", with 1 circular mark, borosilicate glass 3.3, white graduation

	Cat. No.	Inhalt Capacity		Toleranz Tolerance	unit
Braunglas, mit Norm- schliff und Polystopfen Amber glass, with ground joint and polystopper	23 331 61	5 ml	NS 7/16	± 0.025 ml	10
	23 331 71	5 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 331 81	10 ml	NS 7/16	± 0.025 ml	10
	23 331 91	10 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 332 01	20 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 332 11	25 ml	NS 10/19	± 0.040 ml	10
	23 332 21	50 ml	NS 12/21	± 0.060 ml	10
	23 332 31	50 ml	NS 14/23	± 0.100 ml	10
	23 332 41	100 ml	NS 12/21	± 0.100 ml	10
	23 332 51	100 ml	NS 14/23	± 0.100 ml	10
	23 332 61	200 ml	NS 14/23	± 0.150 ml	10
	23 332 71	250 ml	NS 14/23	± 0.150 ml	10
	23 332 81	500 ml	NS 19/26	± 0.250 ml	10
	23 332 91	1000 ml	NS 24/29	± 0.400 ml	10
	23 333 01	2000 ml	NS 29/32	± 0.600 ml	5
	23 333 11	5000 ml	NS 34/35	± 1.200 ml	1